

¿Cómo esterilizar el recolector de leche materna?



Lavar con jabón neutro



Sumergir 3 minutos en agua
previamente hervida.



No utilizar microondas.